

透析附件 2-2

◆17 家醫學中心透析室之人工腎臟（AK）重複使用電話調查結果

醫學中心	有無重複使用 AK	使用次數	備註
	有● 無×		
台中榮總	●	6	
林口長庚	●	3-6	
台大醫院	●	6	
彰化基督教醫院	●	9	
馬偕醫院	●	6	
中國醫藥大學附設 醫院	●	?	需行文才能告知
高雄長庚	●	?	電話中斷
高醫	×		
奇美醫院	×		
台北榮總	×		
三軍總醫院	×		
台北萬芳醫院	×		
高雄榮總	×		
新光醫院	×		
國泰醫院	×		
成大醫院	×		
花蓮慈濟醫院	×		

註 1：本表由中華民國腎友會於 93/12/20 下午以協會名義進行電話調查，其資訊為醫院透析室護理人員自述。

註 2：本表僅為調查結果的公佈，並不代表該院所品質的好壞，即重複使用人工腎臟之醫院其洗腎品質未必較差或有問題。